

### MICRO-TOUCH® Coated

Puderfreier unsteriler Untersuchungshandschuh aus Naturkautschuklatex

Ausgabedatum 11-04-2019

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Material</b>	Naturkautschuklatex
<b>Farbe</b>	Beige
<b>Form</b>	Beidhändig
<b>Manschette</b>	Rollrand
<b>Oberfläche</b>	Texturierte Fingerspitzen
<b>Innenfläche</b>	Polyacrylatbeschichtung

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Wandstärke</b> (einwandig) Typische Durchschnittswerte (mm)	Finger	0,150	Handfläche	0,110	Manschette	0,080
<b>Mindestlänge (mm)</b>	245					
<b>Wandstärke</b> (Durchschnittswerte)	Vor Alterung		Nach Alterung			
<b>Dehnbarkeit (%)</b>	715		620			
<b>Reißkraft (N)</b>	10,0		8,9			

#### VERPACKUNG UND LAGERUNG

<b>Verpackung</b>	10 x 100 / 1000 pro Karton, 10 x 80 / 800 pro Karton (Größe:XL)
<b>Mindesthaltbarkeit</b>	3 Jahre
<b>Lagerung</b>	Vor direktem Sonnenlicht schützen. Kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

#### BESTELLNUMMERN

<b>Größe / Bestellnummer</b>	<b>XS</b>	553301	<b>S</b>	553302
	<b>M</b>	553303	<b>L</b>	553304
	<b>XL</b>	553305		


#### EIGENSCHAFTEN UND VORZÜGE

- Einfaches An-/Ausziehen
- Exzellenter Tragekomfort, herausragende Tastsensibilität
- Hohe Schutzleistung, geringe Allergenität

#### HERSTELLUNG UND SICHERHEITSSTANDARDS

<b>AQL (Mikrolöcher)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wasserhaltetest</li><li>• Gemäß EN 455-1: Inspektionsebene I AQL 1,5</li></ul>
<b>Proteingehalt</b>	Sehr gering: Typische Ergebnisse < 30 µg/g Modified Lowry und HLPC (EN 455-3)
<b>Pyrogene</b>	Frei von Pyrogenen gemäß ISO 10993-11
<b>Primäre Hautreizungen</b>	Unbedeutender Reizmittelgehalt gemäß ISO 10993-10
<b>Hautsensibilisierung</b>	Kein Nachweis einer verzögerten Sensibilisierung bei Hautkontakt gemäß ISO 10993-10
<b>Virenpenetration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Besteht ASTM-F-1671 mit dem Bakteriophagen PhiX174</li><li>• Besteht ISO 16604 mit dem Bakteriophagen PhiX174</li></ul>
<b>Sterilisation</b>	Nicht zutreffend
<b>CE-Kennzeichnung</b>	Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie III Medizinprodukt: Klasse I
<b>Konformität des Produkts</b>	EN 455 Teile 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5 EN 421
<b>Herstellungsstandards</b>	ISO 13485 ISO 9001
<b>Registrierungsbehörde</b>	Centexbel (0493): Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

#### PIKTOGRAMME



Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.